



فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall)

مشخصات کلی:		
نام وسیله پزشکی: سه راهی تزریق	نام سازنده: پیشگام ایده آل خاورمیانه	نام تجاری: PIKMED
گزارش کننده: موسسه پزشکی	شماره گزارش: MDR۹۷۱۸۰۰۰۰	شماره تماس سازنده: ۰۲۱۶۶۹۷۵۷۳۵
لات نامبر: تمامی سری ساخت ها	کلاس فراخوان: II	نام فرد رابط: حمیدرضا علایی طباطبایی

علت فراخوان:
○ فیکس نشدن ست تزریق داخل سه راهی با مشخصات فوق الذکر

اقدام اصلاحی:
○ شرکت سازنده قبل از دریافت گزارش در سامانه MDR، اقدام به اصلاح و رفع عیوب کالا با مشخصات فوق الذکر نموده است.