



### فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall)

مشخصات کلی:		
شماره فراخوان: MDR۹۸۲۵۴۵۶۶	نام وسیله: دستگاه استریلایزر بخار اتوکلاو	نام سازنده: شرکت صنایع هورتاب
گزارش کننده: مؤسسه پزشکی	کلاس فراخوان: I	شماره تماس سازنده: ۰۲۱۸۸۷۴۷۲۶۷ ۰۹۱۲۱۱۶۳۱۴۴ نام فرد رابط: آقای علی رضایی
شماره سریال / لات وسیله: تمامی مدل‌ها و شماره سریال‌ها		

علت فراخوان:
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ عدم تطابق دما و فشار دستگاه با مقادیر استاندارد</li> <li>○ عدم ایجاد خلاء به صورت اتوماتیک</li> <li>○ باز شدن درب اتوکلاو در حین اجرای سیکل</li> <li>○ وجود نشی در زیر درب استریل</li> </ul>

اقدام اصلاحی:
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ اقدام اصلاحی توسط شرکت سازنده: جمع آوری کلیه دستگاه‌های منصوب و جبران خسارات مربوطه</li> <li>○ نکات قابل توجه جهت کاربران: عدم استفاده از دستگاه‌های موجود تا زمان اجرای اقدام اصلاحی توسط شرکت سازنده</li> </ul>