



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



شماره ۵/۶۶۴/۸۱۰۹۱

تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

پیوست ندارد

جناب آقای دکتر حبیب ملک پور رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان

موضوع: عدم تایید ایمنی و اثربخشی درمانی و استفاده از دستگاه هیگز در مطب پزشکان و دفاتر مامایی

سلام علیکم؛

بازگشت به نامه ۴۰۰/۲۸۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ با موضوع عدم تایید ایمنی و اثر بخشی درمانی و استفاده از دستگاه هیگز در مطب پزشکان و دفاتر مامایی به استحضار می رساند، واردات دستگاه های رادیوفرکانسی واژینال بانوان با حیطه کاربرد استفاده از رادیوفرکانسی واژینال جهت درمان بی اختیاری ادرار، آتروفی واژن، خشکی و دست یابی به سفت شدن کانال واژینال، جوان سازی و کلاژن ساز توسط این اداره کل ممنوع اعلام شده و در همین راستا این اداره کل مراتب فوق الذکر را جهت اطلاع کلیه ذینفعان طی خبر شماره ۳۱۰۳ مورخ هیجدهم مرداد ۱۳۹۷ در پرتال رسمی این اداره کل به نشانی WWW.IMED.IR مبنی بر عدم تایید اثربخشی این روش درمانی توسط دفتر ارزیابی فناوری سلامت (HTA) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل تجهیزات منتشر نموده است.

دکتر سعیدرضا شاهمرادی
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی