



معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: حداقل الزامات ایمنی در استفاده از گازهای طبی

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند با توجه به وقوع حوادث اخیر در بیمارستانها و نظر به نتایج بررسی علل ریشه ای و آنالیز وضعیتی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با مشارکت دانشگاه ها صورت گرفت ، موارد ذیل به عنوان حداقل الزامات و موازین ایمنی در استفاده از گاز های طبی جهت اطلاع رسانی و اجرا در به بیمارستان های تحت پوشش (دولتی و غیر دولتی) ایفاد می گردد. بدیهی است مسئولیت اجرای این ضوابط و نظارت بر نحوه تامین ، انبار کردن و استفاده از گازهای طبی بر عهده مسئول فنی بیمارستان می باشد و معاونت درمان دانشگاه بر حسن اجرای این ضوابط نظارت خواهد نمود.

ضوابط الزامی :

۱. رنگ آمیزی سیلندره های گاز طبی در بیمارستان ها ممنوع می باشد. در صورت ضرورت، تغییر رنگ سیلندره های گاز طبی فقط در شرکت های تولید کننده گازهای طبی، بایستی صورت گیرد.
۲. شرکت حق تحویل گاز اکسیژن را در سیلندری به غیر از سیلندر با رنگ سفید ندارد.
۳. در صورت ضرورت استفاده از پوشش جهت سیلندره های گاز طبی، الزامی است که پوشش مورد استفاده هم رنگ سیلندر گاز طبی باشد.

دکتر محمد آقاجانی
معاون درمان

رونوشت:

جناب آقای سرخسی دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده ع پ و خ ب د تربت جام
سرکار خانم پورهاسم دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د تهران
جناب آقای جنگجو دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده ع پ و خ ب د گراش
سرکار خانم مهدوی دبیرخانه م درمانی دانشکده ع پ و خ ب د آبادان
سرکار خانم جولایی دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده ع پ و خ ب د شوشتر
سرکار خانم جلالی راد دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د شهید بهشتی
جناب آقای پاکبازی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د فارس
سرکار خانم حیدری دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د شاهرود



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

بسمه تعالی

شماره ۲/۴۰۰۰
تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۴
پوست دارد